

Số: 120 /TB-BVĐQ

Định Quán, ngày 06 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện ĐKKV Định Quán có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: mua sắm máy ly tâm, thuộc dự án mua sắm năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện ĐKKV Định Quán.

Địa chỉ: KP Hiệp Quyết, TT Định Quán, Định Quán, Đồng Nai.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ tên: ĐỖ HUY CẦN,

Chức vụ: Phó khoa Dược, ĐT: 0988866744, Đ/C mail: huycan67@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận bản cứng (có đóng dấu) trực tiếp hoặc qua bưu điện tại địa chỉ: Khoa Dược, Bệnh viện ĐKKV Định Quán. Địa chỉ: KP Hiệp Quyết, TT Định Quán, Định Quán, Đồng Nai.

- Nhận file Excel qua email: huycan67@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 06 tháng 12 năm 2023 đến trước 17h ngày 19 tháng 12 năm 2023⁽²⁾

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục: xem danh mục chi tiết và mẫu bảng báo giá đính kèm tại đường dẫn:

<http://www.benhviendinhquan.vn/> thông báo chào giá mua sắm máy ly tâm, thuộc dự án mua sắm năm 2023.

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện ĐKKV Định Quán - Địa chỉ: KP Hiệp Quyết, TT Định Quán, Định Quán, Đồng Nai

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Theo hợp đồng của Bệnh viện ĐKKV Định Quán với đơn vị trúng thầu.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Thanh toán tạm ứng: Không

- Thanh toán theo 100% giá trị hợp đồng trong vòng 90 ngày kể từ ngày nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng hoạt động bình thường và bệnh viện nhận được hóa đơn tài chính, chứng từ thanh toán hợp lệ theo quy định.

5. Các thông tin khác: Tất cả các dữ liệu trong danh mục. Quý Công ty vui lòng không xóa, không thay đổi thứ tự các cột, các nội dung trong các biểu mẫu kèm thông tư 14/2023/TT-BYT, ngày 30/6/2023. Nội dung nào không có thì Quý Công ty để trống hoặc ghi không có, nộp kèm theo báo giá các tài liệu liên quan đến sản phẩm, giấy ủy quyền, giấy phép bán hàng, kê khai giá, hợp đồng hoặc quyết định trúng thầu, thông báo trúng thầu (nếu có).

- Báo giá có đầy đủ các nội dung, mẫu biểu theo đúng mẫu đính kèm trong yêu cầu báo giá;

- Báo giá phải được đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá ký và đóng dấu theo quy định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ BV (b/c)
- Lưu: Văn thư, TVTTBYT

GIÁM ĐỐC



TẠ QUANG TRÍ

DANH MỤC XIN CHÀO GIÁ MÁY LY TÂM
CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC ĐỊNH QUÁN
(đính kèm Thông báo số 120/TB-BVĐQ ngày 05/11/2023 của Bệnh viện ĐKKV Định Quán)

ĐVT: đồng

STT	DANH MỤC	MÔ TẢ VỀ YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ CÁC THÔNG SỐ LIÊN QUAN VỀ KỸ THUẬT	SỐ LƯỢNG	ĐƠN VỊ TÍNH
	MÁY LY TÂM 24 ỒNG	Model: Z207M Hãng SX: HERMLE LABOTEKNIX GMBH, Đức Nước SX: Đức Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2016 Năm sản xuất: 2023. Máy mới 100%	01	Cái
I.	Cấu hình cung cấp:	- 01 Máy chính. - 01 Rotor góc 24 ống loại 1.5/2.0 ml. - 01 dây nguồn + tài liệu HDSD (Tiếng Anh + Tiếng Việt)		
II.	Thông số kỹ thuật:	- Thiết kế nhỏ gọn, dùng cho các phòng thí nghiệm. - Sử dụng bền, không cần bảo trì - Điều khiển vi xử lý, màn hình LCD lớn. - Có khóa nắp an toàn, điều khiển bằng điện - Chức năng an toàn: máy ngừng hoạt động khi phát hiện không cân bằng. - Máy có cảnh báo bằng âm thanh khi kết thúc mỗi lần chạy - Độ ồn thấp (Max): 60dBA - Sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quốc tế: ICE 61010 - Dễ dàng thay đổi Rotor. - Điều khiển bằng phím màng - Dễ dàng cài đặt khi mang gang tay. - Phím điều khiển có chức năng chống thấm. - Hiển thị giá trị cài đặt và giá trị thực tế. - Có thể chọn lựa tốc độ ly tâm và lực ly		

	tâm, với bước tăng là 10 đơn vị. - Lựa chọn cài đặt thời gian chạy từ 10 giây đến 99 giờ 59 phút hoặc chạy liên tục. - Bộ nhớ lưu được 99 lần chạy - Có phím tắt để chạy mẫu khẩn. - Tốc độ cao: tốc độ tối đa của máy 13.500 vòng/ phút. - Lực ly tâm tối đa: 17.317 xg. - Thể tích ly tâm tối đa 24 ống 1.5/2.0ml - Khoảng điều chỉnh tốc độ quay: 200 đến 13.500 V/P. - Kích thước: 28 x 23x 35cm - Trọng lượng: 12.5 Kg. - Điện nguồn: 220V - Công suất: 170W. *Thông số Rotor góc 24 ống nghiệm 1.5/2.0 ml: - Góc nghiêng 45°. - Tốc độ ly tâm: Max 13.500 vòng/phút. - Lực ly tâm: 17.317 Xg. - Bán kính rotor: Max 8.5cm. Áp dụng cho ống ly tâm 1.5/2.0 ml, Φ max: 11mm		
--	---	--	--

GIÁM ĐỐC



TẠ QUANG TRÍ

Mẫu báo giá

Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán- Đồng Nai

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện ĐKKV Định Quán, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									
n	...									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục 1 - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột "Danh mục thiết bị y tế" trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột "Danh mục thiết bị y tế".

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chi tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.